

Centro Universitário Processus

PORTARIA Nº 282, DE 14 DE ABRIL DE 2022

RELATÓRIO FINAL (1º/2026)

CURSO:

Direito

TÍTULO DO PROJETO/AÇÃO:

Governança regulatória, compliance sanitário e gestão de riscos em serviços de radiodiagnóstico: desenvolvimento de modelo técnico-operacional baseado na RDC nº 611/2022 da ANVISA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO:**Data Início:**

24/02/2026

Data Término:

24/06/2026

EQUIPE:**Nome completo**

André Leite de Farias

Curso/matricula

Direito / 202510010000127

PROFESSOR (A) ARTICULADOR (A) (orientador (a)) :

Prof. Victor Rabelo Brito

INSTITUIÇÃO PARCEIRA:

Radiolinea Centro de Imagens

PÚBLICO-ALVO:

Profissionais da clínica de radiologia (aprox. 20 pessoas)

RESUMO

Como atividade extensionista, foi realizada entrega de cartilha prática operacional abordando os principais requisitos da RDC nº 611/2022 e sua aplicação prática na rotina dos serviços de radiodiagnóstico. Ao final da atividade, foi disponibilizada essa cartilha técnica por meio de QR Code, permitindo o acesso permanente ao material educativo e aos instrumentos de apoio desenvolvidos no projeto. Essa estratégia buscou facilitar a disseminação do conhecimento, incentivar a adoção de boas práticas regulatórias, fortalecer a cultura de segurança e contribuir para a redução de riscos assistenciais, regulatórios e de responsabilidade civil.

RESULTADOS ESPERADOS

- Divulgar os principais requisitos da RDC nº 611/2022 de forma objetiva e acessível.
- Sensibilizar os profissionais da clínica quanto à importância da conformidade regulatória e da proteção radiológica.
- Incentivar a consulta permanente ao material técnico disponibilizado por meio do QR Code.

Discriminação dos recursos financeiros utilizados, se for o caso.

Não houve recursos financeiros utilizados.

Quantidade de beneficiários (estimativa)

Aproximadamente 20 profissionais da clínica de radiologia.

Observações:

Todas as atividades foram realizadas conforme o cronograma planejado.

ANEXOS AO RELATÓRIO:

Cartilha prática RDC nº 611/2022 – Governança, Compliance e Proteção Radiológica em Serviços de Radiodiagnóstico.

Material educativo em formato de cartilha (folder), elaborado para orientar de forma objetiva e acessível os profissionais da clínica de radiologia sobre os principais requisitos da RDC nº 611/2022. A cartilha aborda os documentos indispensáveis, o checklist diário da sala de raios X e o fluxo seguro do exame radiológico, além de destacar princípios de segurança, conformidade regulatória e boas práticas, contribuindo para a cultura de qualidade e proteção ao paciente e à equipe.



CARTILHA PRÁTICA RDC nº 611/2022

Governança, Compliance e
Proteção Radiológica em
Serviços de Radiodiagnóstico

FERRAMENTAS PRÁTICAS
PARA IMPLEMENTAR NA
SUA CLÍNICA

 CONFORMIDADE REGULATÓRIA Atende à RDC 611/2022 e este selinho.	 SEGURANÇA DO PACIENTE E DA EQUIPE Reduz riscos e promove cuidado seguro.	 QUALIDADE ASSISTENCIAL Processos padronizados geram melhores resultados.	 REDUÇÃO DE RISCOS E RESPONSABILIDADE Compliance reduz falhas e protege a instituição.
---	---	--	--

RDC nº 611/2022 da ANVISA - Segurança do Paciente, Proteção Radiológica, Qualidade.

2 CHECKLIST DIÁRIO – SALA DE RAIOS X

Verificações rápidas antes do início dos atendimentos.

ITEM DE VERIFICAÇÃO	OK	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
1. Integridade de equipamento e acessórios				
2. Iluminação luminosa e sapatos funcionando				
3. EPIs disponíveis e em boas condições (aventais, protetor de tireóide, óculos)				
4. Dosímetros pessoais disponíveis para a equipe				
5. Sala e barreiras radiológicas íntegras				
6. Condições de limpeza e organização adequadas				
7. Computador e sistema de imagem operacionais				
8. Impressora/gravadora e filmes disponíveis				
9. Protocolo de exposição disponível e atualizado				
10. Registro diário será realizado ao final do expediente				

DICA: Registro diário. Em auditorias, a ausência de registros é considerada não conformidade grave.

Responsável: _____
Data: ____/____/____

1 OS 10 DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS

Toda clínica deve possuir, manter atualizados e à disposição para auditoria.

 1 PGQ – Programa de Garantia da Qualidade Processos, testes, indicadores e melhoria contínua.	 2 PRR – Programa de Proteção Radiológica Medidas de proteção, monitoramento e educação.	 3 POPs e Protocolos Procedimentos operacionais padronizados para atividades críticas.	 4 Plano de Treinamento e Educação Permanente Capacitação inicial e periódica da equipe.	 5 Registro de Manutenção Preventiva e Corretiva Equipamentos sempre seguros e confiáveis.
 6 Registros de Testes de Consistência Comprovam a qualidade dos equipamentos.	 7 Plano de Gerenciamento de Riscos Identifica, avalia, controla e monitora os riscos do serviço.	 8 Registro de Incidentes e Não Conformidades Notificação, investigação e ações corretivas.	 9 Controle de Dosimetria Ocupacional Monitoramento individual dos trabalhadores expostos.	 10 Relatórios de Auditoria Interna Análise periódica da conformidade e da efetividade dos processos.

Guarde estes documentos por, no mínimo, 5 anos ou conforme a legislação aplicável.

3 FLUXO SEGURO DO EXAME RADIOLÓGICO

Etapas que garantem qualidade, segurança e conformidade.

 1 Solicitação médica e justificativa	 2 Identificação correta do paciente	 3 Protocolo adequado ao exame	 4 Posicionamento correto e proteção	 5 Otimização da dose (ALARA)	 6 Controle da qualidade do exame	 7 Análise da imagem e armazenamento de informações
PRINCÍPIO ALARA Manter a dose tão baixa quanto razoavelmente exequível, compatível com o objetivo diagnóstico.				ATENÇÃO Cada etapa envolve responsabilidade. Documento e registro todo. Isso é segurança para o paciente e para a clínica.		

ELABORADO POR:
 André Leite de Farias
Disciplina: Atividade extensionista:
Governança e Compliance
E-mail: andreleitefarias@gmail.com

PROFESSOR ORIENTADOR:
 Victor Rabelo Brito
E-mail: victorrabelo@uniprocessus.edu.br

INSTITUIÇÃO:
 UNIPROCESSUS
centro universitário
SGS 613/614, L2 Sul - Brasília/DF
www.uniprocessus.edu.br

QUALIDADE. SEGURANÇA.
CONFORMIDADE.
COMPROMISSO COM A VIDA.

Professor(a) articulador(a)

Coordenador(a) de Curso

Coordenador(a) de Extensão